

Chave de símbolos

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

Esta é uma legenda geral para ajudar na compreensão dos símbolos que poderão aparecer nas etiquetas deste produto.

	Contém o suficiente para <n> testes
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Número de referência
	Número de série
	Apenas para utilização com receita médica
	Identificação Única do Dispositivo
 www.illumina.com/patents	Patentes
	Informações da ficha de segurança
	País de origem
	Atenção
	Limitação de humidade
	Não reutilizar
	Data de fabrico
	Limite de temperatura
	Número de peça
	Código de lote
	Fabricante
	Data de validade
	Conservar afastado da luz solar
	Consultar instruções de utilização

 100 ml EtOH Added

 CE 2797



Caixa de verificação para confirmar a adição de 100 ml de EtOH ao frasco

Conformidade europeia

Símbolo de risco para a saúde — Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) dos componentes que pode ser transferida a partir de

<http://support.illumina.com/sds.html>
Símbolo de risco de inflamabilidade — Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) dos componentes que pode ser transferida a partir de

<http://support.illumina.com/sds.html>
Símbolo de aviso de perigo — Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) dos componentes que pode ser transferida a partir de

<http://support.illumina.com/sds.html>
Símbolo de risco de oxidação — Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) dos componentes que pode ser transferida a partir de

<http://support.illumina.com/sds.html>
Símbolo de risco de corrosão — Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) dos componentes que pode ser transferida a partir de



Símbolo de risco de toxicidade —
Para obter uma explicação dos
símbolos de perigo e da declaração
de risco incluída, consulte a Ficha
de Dados de Segurança (SDS) dos
componentes que pode ser
transferida a partir de
<http://support.illumina.com/sds.html>
Para cima



Frágil, manusear com cuidado



Conservar ao abrigo da humidade



Conservar congelado

Direitos de autor e marcas comerciais

© 2021 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas
comerciais são propriedade da Illumina, Inc. ou dos respetivos
proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas
comerciais, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Informações de contacto



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Califórnia
92122 EUA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (fora da
América do Norte)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Patrocinador australiano
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Austrália